

水道水質基準項目50項目

○…該当商品 △…測定項目はあるが測定値が違ふもの ×…非該当

項目	該当商品	該当商品型式	定価(税別)	備考
1 一般細菌	○ 一般細菌検出紙 (サン化学製)	SC-No.3	6,000	
2 大腸菌	○ 改変大腸菌群簡易検出紙 (サン化学製) 紫外線照射灯で大腸菌のみを特定 未使用の場合は大腸菌群を検出	SC-No.1	6,000	
3 カドミウム及びその化合物	×			
4 水銀及びその化合物	×			
5 セレン及びその化合物	×			
6 鉛及びその化合物	△ パックテスト鉛セット	SPK-Pb	26,000	通液量を増やすことで測定可
7 ヒ素及びその化合物	×			
8 六価クロム化合物	○ パックテスト6価クロム	WAK-Cr ⁶⁺	4,000	
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	△ パックテスト遊離シアン	WAK-CN	4,000	遊離のみを測定
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○ パックテスト硝酸(硝酸態窒素) パックテスト亜硝酸(亜硝酸態窒素) 硝酸測定用前処理剤	WAK-NO ₂ WAK-NO ₃ NO ₃ -RA	4,000 4,000 3,500	
11 フッ素及びその化合物	△ パックテストふっ素	WAK-F	4,000	化合物不可
12 ホウ素及びその化合物	△ パックテストほう素	WAK-B	4,000	化合物不可
13 四塩化炭素	×			
14 1,4-ジオキサン	×			
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	×			
16 ジクロロメタン	×			
17 テトラクロロエチレン	×			
18 トリクロロエチレン	×			
19 ベンゼン	×			
20 塩素酸	×			
21 クロロ酢酸	×			
22 クロロホルム	×			
23 ジクロロ酢酸	×			
24 ジブロモクロロメタン	×			
25 臭素酸	×			
26 総トリハロメタン	×			
27 トリクロロ酢酸	×			
28 ブロモジクロロメタン	×			
29 ブロモホルム	×			
30 ホルムアルデヒド	△ パックテストホルムアルデヒド	WAK-FOR	4,000	基準値 測定下限値以下
31 亜鉛及びその化合物	○ パックテスト亜鉛(低濃度)	WAK-Zn(D)	4,000	
32 アルミニウム及びその化合物	○ パックテストアルミニウム	WAK-Al	4,000	
33 鉄及びその化合物	○ パックテスト鉄(低濃度)	WAK-Fe(D)	4,000	
34 銅及びその化合物	○ パックテスト銅	WAK-Cu	4,000	
35 ナトリウム及びその化合物	×			
36 マンガン及びその化合物	○ パックテストズーム・マンガン	ZM-Mn	10,000	
37 塩化物イオン	○ パックテスト塩化物200	WAK-Cl(200)	4,000	
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	△ パックテスト全硬度(200mg/Lま	WAK-TH	4,000	
39 蒸発残留物	×			
40 陰イオン界面活性剤	○ 陰イオン界面活性剤測定セット	WA-DET	4,000	
41 ジェオスミン	×			
42 2-メチルイソボルネオール	×			
43 非イオン界面活性剤	×			
44 フェノール類	△ パックテストフェノール	WAK-PNL	4,000	基準値 測定下限値以下
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×			
46 pH値	○ パックテストpH	WAK-pH	4,000	
47 味	×			
48 臭気	×			
49 色度	○ デジタル濁色度計			
50 濁度	○ デジタル濁色度計	WA-PT-4DG	95,000	

(株)共立理化学研究所



〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎ 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com